



Adres do korespondencji:  
ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra



Sekretariat / Dział Organizacji  
tel./fax: 75 752 64 62



www.999.jgora.pl  
pogotowiejg@999.jgora.pl



Jelenia Góra, dnia 30 grudnia 2022 r.

## REKOMENDACJA

Z satysfakcją informujemy, że **VireWall Polska Sp. z o. o.** z siedzibą w Warszawie zrealizowała w Pogotowiu Ratunkowym w Jeleniej Górze w dniach 19 – 20 stycznia 2022 roku badanie i zarazem 24-godzinny test urządzenia VireWall Soluva-H z otwartym światłem UVC na skuteczność i szybkość dekontaminacji wnętrza ambulansów.

Z testowanego wnętrza ambulansu pobrane zostały wymazy w kilku punktach, w tym miejsca przeznaczonego dla pacjentów oraz z kabiny kierowcy, po czym zespół składający się z dwóch osób, przeprowadził trwającą ok. 15 minut procedurę dekontaminacji z wykorzystaniem urządzenia VireWall Soluva-H z otwartym światłem UVC. Następnie z tych samych punktów zostały pobrane kolejne wymazy, a wszystkie ostatecznie zostały zabezpieczone i przekazane do badania w Laboratorium Mikrobiologicznym Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej.

Mikrobiologiczne badania laboratoryjne potwierdziły skuteczność opisanej wyżej metody dekontaminacji przy wykorzystaniu urządzenia VireWall Soluva-H z otwartym światłem UVC, nie tylko wobec wirusów, ale również bakterii i grzybów. Przede wszystkim jednak dały nadzieję na rzeczywiste skrócenie czasu dezynfekcji wnętrza naszych karetok z dotychczasowych 120 minut do max. 30 minut – tak aby zespoły mogły być szybciej zdolne do bezpiecznego przewożenia kolejnych pacjentów.

Powyższe wyniki badań dały podstawę do dokonania przez Pogotowie Ratunkowe w Jeleniej Górze zakupu pierwszego urządzenia VireWall Soluva-H, a także podjęcie działań i pozyskanie środków w celu kolejnych zakupów tej klasy urządzeń.

Tym samym polecamy współpracę z **VireWall Polska Sp. z o. o.** z siedzibą w Warszawie, doceniając naszą dotychczasową współpracę i zaangażowanie pracowników.

**D Y R E K T O R**  
Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze  
  
**Mariusz Gierus**



Adres siedziby:  
ul. Cieplicka 126A, 58-570 Jelenia Góra



